

名称：福建省闽量校准技术中心有限公司

地址：福建省闽侯县甘蔗街道长龙西路8号D地块D6#厂房1-3层

注册号：CNAS L18028

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 05 月 23 日 截止日期：2029 年 03 月 22 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
热学测量仪器							
1	工作用铜-铜镍热电偶	温度	工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG 368	$(-30\sim 300)\text{ }^{\circ}\text{C}$	$l=0.3^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
2	铠装热电偶	温度	铠装热电偶校准规范 JJF 1262	$(-30\sim 300)^{\circ}\text{C}$	$l=0.3^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
				$(300\sim 1100)^{\circ}\text{C}$	$l=0.6^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
3	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130	$(-30\sim 300)^{\circ}\text{C}$	$l=0.012^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
		温度		$(-30\sim 300)^{\circ}\text{C}$	$l=0.04^{\circ}\text{C}$	现场仅校准测量范围	2025-05-23



No. CNAS L18028

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		湿度		10%RH~95%RH	$U=1.3\%RH$	(-30~155)℃ 温度巡回检测仪	2025-05-23
5	电子体温计	温度	医用电子体温计检定规程 JJG1162	(35~43)℃	$U=0.08^{\circ}C$		2025-05-23
6	*液体恒温试验设备	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF 2019	(-50~300)℃	$U=0.02^{\circ}C$		2025-05-23
7	*工业铂、铜热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229	(-30~300)℃	$U=(0.015\sim0.030)^{\circ}C$	现场校准范围: (-30~155)℃	2025-05-23
8	*双金属温度计	温度	双金属温度计校准规范 JJF 1908	(-30~300)℃	$U=0.2^{\circ}C$	现场校准范围: (-30~155)℃	2025-05-23
9	工作用辐射温度计	温度	工作用辐射温度计检定规程 JJG 856	(50~500)℃	$U=(0.7\sim1.5)^{\circ}C$		2025-05-23
10	*恒温槽	温度	温度校准用恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030	均匀性 (-30~300)℃	$U=0.004^{\circ}C$		2025-05-23
				波动性 (-30~300)℃	$U=0.006^{\circ}C$		2025-05-23
		升(降)温速率		(0.1~10)℃/min	$U=0.1^{\circ}C/min$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

第 2 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
11	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101	$(-50\sim 300)^{\circ}\text{C}$	$U=0.24^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
		湿度		10%RH~95%RH	$U=1.3\%RH$		2025-05-23
12	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF 1376	$(300\sim 1100)^{\circ}\text{C}$	$U=1.5^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
13	*温度变送器	温度	温度变送器校准规范 JJF 1183	不带温度传感器 $(-200\sim 1800)^{\circ}\text{C}$	$U=0.42^{\circ}\text{C}$	现场校准：带传感器测量范围 $(-30\sim 155)^{\circ}\text{C}$ ，不带传感器可全范围测量。	2025-05-23
				带传感器 $(-30\sim 300)^{\circ}\text{C}$	$U=0.1^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
14	测量人体温度的红外温度计	温度	测量人体温度的红外温度计校准规范 JJF 1107	$(30\sim 42)^{\circ}\text{C}$	$U=0.2^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
15	*数字温度指示调节仪	温度	数字温度指示调节仪检定规程 JJG 617	配热电偶 $(-200\sim 1800)^{\circ}\text{C}$	$U=(0.3\sim 0.6)^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
				配热电阻 $(-200\sim 800)^{\circ}\text{C}$	$U=(0.24\sim 0.42)^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
16	机械式温湿度计	温度	机械式温湿度计检定规程 JJG 205	$(5\sim 50)^{\circ}\text{C}$	$U=0.6^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
		湿度		30%RH~95%RH (20°C)	$U=1.9\%RH$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

第 3 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
17	数字式温湿度计	温度	数字式温湿度计校准规范 JJF 1076	(5~50) °C	$l=0.22^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
		湿度		10%RH~95%RH	$l=1.6\%\text{RH}$		2025-05-23
18	*蒸汽灭菌器	温度	蒸汽灭菌器 温度、压力校准规范 JJF(浙) 1120	(0~150) °C	$l=0.6^{\circ}\text{C}$	只校容积小于50L的蒸汽灭菌器	2025-05-23
		压力		(0~500) kPa	$l=1.3\text{kPa}$		2025-05-23
19	*数字温度计	温度	数字温度计校准规范 JJF(闽) 1015	(-30~300) °C	$l=0.044^{\circ}\text{C}$	现场校准范围: (-30~155) °C	2025-05-23
20	压力式温度计	温度	压力式温度计校准规范 JJF1909	(-30~300) °C	$l=0.2^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
21	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF 1637	(-30~300) °C	$l=0.3^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
				(300~1100) °C	$l=0.6^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
22	热像仪	温度	热像仪校准规范 JJF 1187	(50~500) °C	$l=(0.7\sim1.5)^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
23	*温度显示仪	温度	温度显示仪校准规范 JJF 1664	配热电偶(-200~1800) °C	$l=(0.3\sim0.6)^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
				配热电阻(-200~800) °C	$l=(0.24\sim0.42)^{\circ}\text{C}$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 4 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
24	*大型蒸汽灭菌器	电压	大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范 JJF 2088	(1~5)V	$U=0.018V$		2025-05-23
		电流		(4~20)mA	$U=0.016mA$		2025-05-23
		温度		(0~150) °C	$U=0.14^{\circ}C$		2025-05-23
		压力		(0~500) kPa	$U=1.3kPa$		2025-05-23
		时间		(0~3600) s	$U=1s$		2025-05-23
25	*干体式温度校准器	温度	干体式温度校准器校准方法 JJF 1257	(-60~1100) °C	$U=0.32^{\circ}C$		2025-05-23
力学测量仪器							
1	*混凝土配料秤	质量	混凝土配料秤检定规程 JJG 1171	静态称量: (0.5~10) kg	$U=0.006kg$		2025-05-23
				静态称量: (10~1000) kg	$U=(0.1\sim0.4) kg$		2025-05-23
				静态称量: (1000~10000) kg	$U=(1.4\sim5.6) kg$		2025-05-23
				物料称量: (1~100) kg	$U_{rel}=(0.9\sim0.4)\%$		2025-05-23
				物料称量: (100~10000) kg	$U_{rel}=(0.4\sim0.3)\%$		2025-05-23
2	*弹性元件式精密压力表和真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49	(-0.1~100) MPa	$U=0.2\%FS$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 5 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
3	*专用工作测力机	力值	专用工作测力机校准规范 JJF 1134	1cN~1kN	$U_{rel}=0.1\%$		2025-05-23
				1kN~2MN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
				(2~5)MN	$U_{rel}=0.3\%$		2025-05-23
4	*电液伺服万能试验机	力值	电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063	0.1N~2MN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
				(2~3)MN	$U_{rel}=0.3\%$		2025-05-23
		加力速度		50N/s~1kN/s	$U= (0.1\sim5)N/s$		2025-05-23
				(1~30)kN/s	$U=5N/s\sim0.1kN/s$		2025-05-23
		速度		(0.05~100)mm/min	$U=0.01mm/min$		2025-05-23
				(100~1000)mm/min	$U=0.1mm/min$		2025-05-23
		同轴度		(0~30)%	$U=3\%$		2025-05-23
5	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG 476	50N~5kN	$U_{rel}=0.4\%$		2025-05-23
		加力速度		10N/s~0.2kN/s	$U= (0.05\sim0.7)N/s$		2025-05-23
6	*电子式万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG 475	0.1N~2MN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 6 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		位移	合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(2~5) MN	$U_{rel}=0.3\%$		2025-05-23
				(0.5~100) mm	$l=0.01\text{mm}$		2025-05-23
				(100~2000) mm	$l=0.1\text{mm}$		2025-05-23
		速度		(0.05~100) mm/min	$l=0.01\text{mm/min}$		2025-05-23
				(100~1000) mm/min	$l=0.1\text{mm/min}$		2025-05-23
		同轴度		(0~30) %	$l=3\%$		2025-05-23
7	*携带式布氏硬度计	硬度	携带式布氏硬度计校准规范 JJF 1595	(75~650) HB	$U_{rel}=(0.7\sim1.7)\%$		2025-05-23
		力值		2N~35kN	$U_{rel}=0.4\%$		2025-05-23
8	*金属布氏硬度计	硬度	金属布氏硬度计检定规程 JJG 150	(75~650) HBW	$U_{rel}=(0.5\sim1.1)\%$		2025-05-23
		长度		(0.5~11) mm	$l=1\text{ }\mu\text{m}$		2025-05-23
		时间		(0~360) s	$l=0.2\text{s}$		2025-05-23
		力值		2N~40kN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
9	*金属洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计 (A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T 标尺) 检定规程 JJG 112	(20~95) HRA	$l=0.5\text{HRA}$		2025-05-23



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		中国合格评定国家认可委员会	认可证书附件	(10~100)HRBW	$U=0.8\text{HRBW}$		2025-05-23
				(10~70)HRC	$U=0.5\text{HRC}$		2025-05-23
				(30~77)HRD	$U=0.5\text{HRD}$		2025-05-23
				(70~100)HREW	$U=0.8\text{HREW}$		2025-05-23
				(60~100)HRFW	$U=0.8\text{HRFW}$		2025-05-23
				(30~100)HRGW	$U=0.8\text{HRGW}$		2025-05-23
				(80~100)HRHW	$U=0.8\text{HRHW}$		2025-05-23
				(40~100)HRKW	$U=0.8\text{HRKW}$		2025-05-23
				(46~100)HR15N	$U=0.8\text{HR15N}$		2025-05-23
				(42~86)HR30N	$U=0.8\text{HR30N}$		2025-05-23
				(20~77)HR45N	$U=0.8\text{HR45N}$		2025-05-23
				(67~93)HR15TW	$U=1.0\text{HR15TW}$		2025-05-23
				(29~86)HR30TW	$U=1.0\text{HR30TW}$		2025-05-23



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
			合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(10~72)HR45TW	$U=1.0\text{HR30TW}$		2025-05-23
		力值		(25~2000)N	$U_{\text{rel}}=0.4\%$		2025-05-23
		时间		(0~60)s	$U=0.2\text{s}$		2025-05-23
		角度		(0~360)°	$U=0.04^{\circ}$		2025-05-23
		长度		R(0.1~0.3)mm	$U=0.003\text{mm}$		2025-05-23
				Φ (1~5)mm	$U=0.0004\text{mm}$		2025-05-23
10	*超声硬度计	硬度	超声硬度计校准规范 JJF 1436	(50~1000)HV	$U_{\text{rel}}=(2.1\sim3.3)\%$		2025-05-23
		力值		(0.2~100)N	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
11	*金属韦氏硬度计	硬度	金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944	(4~20)HW	$U=(0.3\sim0.4)\text{HW}$		2025-05-23
		角度		(50~70)°	$U=0.03^{\circ}$		2025-05-23
		长度		(0~0.5)mm	$U=2\text{ }\mu\text{m}$		2025-05-23
12	*工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG 455	1cN~2MN	$U_{\text{rel}}=0.2\%$	合格评定国家认可委员会 认可证书	2025-05-23
				(2~10)MN	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
13	*烟支硬度计	力值	烟支硬度计检定规程 JJG 1031	(1~5)N	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
		长度		(4~13)mm	$U=3\mu m$		2025-05-23
		时间		(5~20)s	$U=0.2s$		2025-05-23
14	*里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG 747	(300~900)HLD	$U=(7\sim8)HLD$		2025-05-23
				(448~645)HLG	$U=6HLG$		2025-05-23
		质量		(2~30)g	$U=0.01g$		2025-05-23
		长度		(1~5)mm	$U=0.7\mu m$		2025-05-23
15	*压力变送器	压力	压力变送器检定规程 JJG 882	(-0.1~100)MPa	$U=0.2\%FS$		2025-05-23
16	*肖氏硬度计	硬度	肖氏硬度计检定规程 JJG 346	(26~75)HSD	$U=1.0HSD$		2025-05-23
				(75~99)HSD	$U=1.1HSD$		2025-05-23
		质量		(2~40)g	$U=0.01g$		2025-05-23
				(3800~9000)g	$U=(1\sim2)g$		2025-05-23
		长度		R(0.5~5)mm	$U=0.004mm$		2025-05-23



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
17	*金属维氏硬度计	硬度	金属维氏硬度计检定规程 JJG 151	ϕ (5~10) mm	$U=3 \mu\text{m}$		2025-05-23
		力值		H (10~170) mm	$U=0.05\text{mm}$		2025-05-23
		角度		(50~1000) HV	$U_{\text{rel}}=(0.7\%\sim1.1\%)$		2025-05-23
		长度		(2~1200) N	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
		时间		(100~180) °	$U=2'$		2025-05-23
				(0~5) μm	$U=0.3 \mu\text{m}$		2025-05-23
				(5~200) μm	$U=0.4 \mu\text{m}$		2025-05-23
				(0~60) s	$U=0.2\text{s}$		2025-05-23
				(2~10) N	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23
				(20~50) °	$U=0.03^\circ$		2025-05-23
18	*A 型邵氏硬度计	力值	A 型邵氏硬度计检定规程 JJG 304	(0.1~5.0) mm	$U=0.01\text{mm}$		2025-05-23
		角度		(8~50) N	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23
		长度		(0.05~5.0) mm	$U=0.003\text{mm}$		2025-05-23
19	*D 型邵氏硬度计	力值	D 型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039				
		长度					



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		角度		(20~50)°	$U=0.03^{\circ}$		2025-05-23
20	*A 型巴氏硬度计	硬度	A 型巴氏硬度计检定规程 JJG 610	(42~88)HBa	$U=(1.0\sim1.2)HBa$		2025-05-23
		长度		(0.1~5.0)mm	$U=0.003mm$		2025-05-23
		角度		(20~50)°	$U=2'$		2025-05-23
21	*携带式洛氏硬度计	硬度	携带式洛氏硬度计校准规范 JJF 1594	(20~95)HRA	$U=0.5HRA$		2025-05-23
				(10~100)HRBW	$U=0.8HRBW$		2025-05-23
				(10~70)HRC	$U=0.5HRC$		2025-05-23
				(46~100)HR15N	$U=0.8HR15N$		2025-05-23
				(42~86)HR30N	$U=0.8HR30N$		2025-05-23
				(20~77)HR45N	$U=0.8HR45N$		2025-05-23
				(67~93)HR15TW	$U=1.0HR15TW$		2025-05-23
				(29~86)HR30TW	$U=1.0HR30TW$		2025-05-23
				(10~72)HR45TW	$U=1.0HR45TW$		2025-05-23



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		力值		(25~2000) N	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
22	*悬臂梁式冲击试验机	能量	悬臂梁式冲击试验机检定规程 JJG 608	(0.5~50) J	$U_{rel}=0.15\%$		2025-05-23
		长度		摆锤长度: (50~500) mm	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
		角度		间隙: (0~0.5) mm	$U=0.02\text{mm}$		2025-05-23
		力矩		(0~180) °	$U=0.04^\circ$		2025-05-23
				摆锤力矩: (0.1~60) Nm	$U_{rel}=0.15\%$		2025-05-23
23	*塑料洛氏硬度计	硬度	塑料洛氏硬度计检定规程 JJG 884	(58~94) HRE	$U=0.7\text{HRE}$		2025-05-23
				(100~120) HRL	$U=0.7\text{HRL}$		2025-05-23
				(85~100) HRM	$U=0.7\text{HRM}$		2025-05-23
				(114~125) HRR	$U=0.7\text{HRR}$		2025-05-23
		力值		(50~2000) N	$U_{rel}=0.3\%$		2025-05-23
		时间		(0~60) s	$U=0.2\text{s}$		2025-05-23
		长度		ϕ (1~15) mm	$U=0.0004\text{mm}$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
24	*拉力、压力和 万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机 检定规程 JJG 139	0.1N~2MN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
				(2~5)MN	$U_{rel}=(0.2\sim0.3)\%$		2025-05-23
				(5~20)MN	$U_{rel}=(0.3\sim0.4)\%$		2025-05-23
		位移		(0.5~100)mm	$l=0.01\text{mm}$		2025-05-23
				(100~2000)mm	$l=0.1\text{mm}$		2025-05-23
				同轴度	(0~30)%		$l=3\%$
25	*果品硬度计	力值	果品硬度计检定规程 JJG 450	(2~300)N	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
		角度		(30~90)°	$l=0.04^\circ$		2025-05-23
		长度		(1~20)mm	$l=0.002\text{mm}$		2025-05-23
				(20~100)mm	$l=0.003\text{mm}$		2025-05-23
26	*铸造用砂模硬 度计	力值	铸造用砂模硬度计检定规 程 JJG 831	(5~500)N	$U_{rel}=0.14\%$		2025-05-23
		长度		(0.5~21)mm	$l=3\mu\text{m}$		2025-05-23
		角度		(70~90)°	$l=2'$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 14 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
27	*金属努氏硬度计	硬度	金属努氏硬度计检定规程 JJG 1047	(100~650)HK	$U_{rel}=2.4\%$		2025-05-23
		力值		(0.5~20)N	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
		角度		(100~180)°	$U=2'$		2025-05-23
		长度		(0~1)mm	$U=0.29\mu m$		2025-05-23
28	*数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	(-0.1~100)MPa	$U=0.16\%FS$		2025-05-23
29	*微型橡胶国际硬度计	硬度	微型橡胶国际硬度计检定规程 JJG 898	(30~85)IRHD	$U=1.0IRHD$		2025-05-23
		质量		(0.5~20)g	$U=0.6mg$		2025-05-23
		长度		ϕ (0.3~5)mm	$U=3\mu m$		2025-05-23
30	*弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52	(-0.1~100)MPa	$U=0.7\%FS$		2025-05-23
31	*落锤式冲击试验机	质量	落锤式冲击试验机校准规范 JJF 1445	5g~5kg	$U=0.6g$		2025-05-23
				(5~20)kg	$U=(1.2\sim 23)g$		2025-05-23
		长度		落高：(100~1000)mm	$U=0.6mm$		2025-05-23
				落高：(1000~2000)mm	$U=0.9mm$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 15 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		速度		(1~10)m/s	$U=0.06\text{m/s}$		2025-05-23
32	*电子天平	质量	电子天平校准规范 JJF 1847	(0~100)g	$U=(0.2\sim0.4)\text{mg}$		2025-05-23
				(100~2000)g	$U=(0.7\sim7)\text{mg}$		2025-05-23
				(2~10)kg	$U=(16\sim32)\text{mg}$		2025-05-23
				(10~60)kg	$U=(1.3\sim3.9)\text{g}$		2025-05-23
33	*摆锤式冲击试验机	能量	摆锤式冲击试验机检定规程 JJG 145	(0.5~60)J	$U_{\text{rel}}=0.15\%$		2025-05-23
				(60~750)J	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23
				摆锤初始势能：(0.1~750)J	$U_{\text{rel}}=0.15\%$		2025-05-23
		长度		打击中心距：(50~1500)mm	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
				几何长度：(0.1~200)mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
				砧座跨距：(10~150)mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
				间隙：(0~0.5)mm	$U=0.02\text{mm}$		2025-05-23
				角度	(0~180)°		$U=0.04^{\circ}$



No. CNAS L18028

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		力矩		摆锤力矩：(0.1~500)Nm	$U_{rel}=0.15\%$		2025-05-23
34	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG 539	(0~10)kg	$U=(0.6\sim0.9)g$		2025-05-23
				(10~100)kg	$U=(1.3\sim13)g$		2025-05-23
				(100~500)kg	$U=(17\sim24)g$		2025-05-23
				(500~5000)kg	$U=(0.18\sim1.6)kg$		2025-05-23
35	*落锤仪	质量	落锤仪校验规程 SL 410	(500~1200)g	$U=0.6g$		2025-05-23
		角度		40° ~50°	$U=0.2^{\circ}$		2025-05-23
		长度		(300~600)mm	$U=0.3mm$		2025-05-23
				(0~200)mm	$U=0.1mm$		2025-05-23
36	*固结仪	力值	固结仪校准规范 JJF 1311	10N~50kN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
		长度		环刀：(15~85)mm	$U=0.02mm$		2025-05-23
				透水板：(60~85)mm	$U=0.04mm$		2025-05-23
				百分表：(0~10)mm	$U=0.006mm$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

第 17 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
37	*高强螺栓检测仪	力值	高强螺栓检测仪校准规范 JJF 1478	(30~500) kN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
		扭矩		(200~2000) Nm	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
化学测量仪器							
1	*一氧化碳检测报警器	浓度	一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915	(45~2000) $\mu\text{mol/mol}$	$U_{rel}=3.0\%$		2025-05-23
2	*一氧化碳, 二氧化碳红外气体分析仪	浓度	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪检定规程 JJG 635	一氧化碳: (400~1600) $\mu\text{mol/mol}$	$U_{rel}=2.2\%$		2025-05-23
				二氧化碳: (0.1~24) %	$U_{rel}=3.6\%$		2025-05-23
3	*硫化氢气体检测仪	浓度	硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 695	(10~100) $\mu\text{mol/mol}$	$U_{rel}=4.0\%$		2025-05-23
4	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693	(10~100) %LEL	$U_{rel}=3.0\%$	只测甲烷、丙烷、乙炔、异丁烷可燃气体检测报警器	2025-05-23
5	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG 1105	(20~800) $\mu\text{mol/mol}$	$U_{rel}=3.0\%$		2025-05-23
6	*苯气体检测报警器	浓度	苯气体检测报警器校准规范 JJF 1674	(20~80) $\mu\text{mol/mol}$	$U_{rel}=3.2\%$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

第 18 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
7	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG 365	(6~30)%	$U_{rel}=2.1\%$		2025-05-23
8	*烟气分析仪	浓度	烟气分析仪检定规程 JJG 968	O ₂ : (6~30)%	$U_{rel}=2.1\%$		2025-05-23
				SO ₂ : (1000~5000) × 10 ⁻⁶ mol/mol	$U_{rel}=1.6\%$		2025-05-23
				CO: (400~2000) × 10 ⁻⁶ mol/mol	$U_{rel}=1.9\%$		2025-05-23
				NO: (1000~5000) × 10 ⁻⁶ mol/mol	$U_{rel}=1.6\%$		2025-05-23
		时间	(0~360) s	$U=0.2s$	2025-05-23		
几何量测量仪器							
1	*引伸计	长度	引伸计检定规程 JJG 762	(0~0.3) mm	$U=0.6\mu m$		2025-05-23
				(0.3~25) mm	$U_{rel}=0.18\%$		2025-05-23
2	*线位移传感器	长度	线位移传感器校准规范 JJF1305	(0~50) mm	$U=0.01mm$	只测数显差动变压器式位移传感器	2025-05-23
				(50~100) mm	$U=0.02mm$		2025-05-23
建筑交通专用测量仪器							
1	*细集料流动时间测定仪	长度	细集料流动时间测定仪检定规程 JJG(交通) 109	(5~200) mm	$U=0.04mm$		2025-05-23



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		角度		$10^{\circ} \sim 90^{\circ}$	$l=0.04^{\circ}$		2025-05-23
2	*针状、片状规准仪	长度	针状、片状规准仪校准规范 JJF 1593	(2~200)mm	$l=0.04\text{mm}$		2025-05-23
3	*雷氏夹膨胀测定仪	质量	雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通) 093	(100~500)g	$l=0.06\text{g}$		2025-05-23
		长度		(2~100)mm	$l=0.04\text{mm}$		2025-05-23
				(0.05~6)mm	$l=0.01\text{mm}$		2025-05-23
4	*水泥安定性试验用雷氏夹	长度	水泥安定性试验用雷氏夹检定规程 JJG(建材) 111	(0~200)mm	$l=0.04\text{mm}$		2025-05-23
5	*压碎值试验仪	长度	压碎值试验仪校准规范 JJF(苏) 54	(5~200)mm	$l=0.04\text{mm}$		2025-05-23
		容积		(1000~2000)cm ³	$l=2\text{cm}^3$		2025-05-23
6	*沥青针入度仪	质量	沥青针入度仪校准规范 JJF 1208	(1~210)g	$l=0.01\text{g}$		2025-05-23
		长度		(1~50)mm	$l=0.01\text{mm}$		2025-05-23
		温度		(2~50)℃	$l=0.12^{\circ}\text{C}$		2025-05-23
		角度		$7^{\circ} \sim 10^{\circ}$	$l=0.03^{\circ}$		2025-05-23
7	*贝克曼梁路面弯沉仪	长度	贝克曼梁路面弯沉仪检定规程 JJG(交通) 025	杠杆比：（1.998~2.002）：1	$l=1\times 10^{-3}$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				挠度: (0~0.1) mm	$U=0.009\text{mm}$		2025-05-23
				指示值: (0~10) mm	$U=8\text{ }\mu\text{m}$		2025-05-23
				测头: (5~210) mm	$U=0.06\text{mm}$		2025-05-23
8	*突起路标耐冲击性能测试仪	长度	突起路标耐冲击性能测试仪检定规程 JJG(交通) 080	(500~1500) mm	$U=0.7\text{mm}$		2025-05-23
		质量		(100~1500) g	$U=1.2\text{g}$		2025-05-23
9	*反光膜耐冲击性能测定仪	长度	反光膜耐冲击性能测定仪检定规程 JJG(交通) 084	(10~300) mm	$U=0.05\text{mm}$		2025-05-23
		质量		(300~600) g	$U=0.1\text{g}$		2025-05-23
10	*乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪	质量	乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程 JJG(交通) 090	(2000~3000) g	$U=1.8\text{g}$		2025-05-23
		转速		(50~150) r/min	$U=0.1\text{r/min}$		2025-05-23
		长度		(2~300) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
		硬度		(20~100) HA	$U=0.6\text{HA}$		2025-05-23
11	*乳化沥青稀浆混合料负荷轮试验仪	质量	乳化沥青稀浆混合料负荷轮试验仪检定规程 JJG(交通) 091	(56200~57200) g	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
		频率		(40~50) 次/分	$U=0.1\text{次/分}$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 21 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		长度		(0~600) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
12	*水泥混凝土拌合物含气量测定仪	含气量	水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通) 094	(1~20)%	$U_{\text{rel}}=(0.2\sim0.3)\%$		2025-05-23
		容积		(0~30) L	$U=0.02\text{L}$		2025-05-23
		压力		(0~0.16) MPa	$U=0.004\text{MPa}$		2025-05-23
13	*砂当量测定仪	长度	砂当量测定仪检定规程 JJG(交通) 137	(10~300) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
		频率		(160~200) 次/分	$U=0.1\text{次/分}$		2025-05-23
		质量		(995~1005) g	$U=1.5\text{g}$		2025-05-23
		时间		(2~40) s	$U=0.2\text{s}$		2025-05-23
14	*试模	长度	试模校准规范 JJF 1307	(0~300) mm	$U=0.03\text{mm}$		2025-05-23
				(300~500) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
				(500~1000) mm	$U=0.7\text{mm}$		2025-05-23
15	*乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪	长度	乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪检定规程 JJG(交通) 114	(1~250) mm	$U=0.05\text{mm}$		2025-05-23
16	*沥青混合料理论最大相对密度	压力	沥青混合料理论最大相对密度仪校准规范 JJF2117	(-100~-2) kPa	$U_{\text{rel}}=0.68\%$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

第 22 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
	仪			(0.1~160) kPa	$U_{rel}=0.68\%$		2025-05-23
		时间		(0.1~120) s	$U=0.2s$		2025-05-23
17	*杠杆压力仪	力值	杠杆压力仪检定规程 JJG(交通) 107	(2~5000) N	$U_{rel}=0.4\%$		2025-05-23
		长度		(30~60) mm	$U=0.04mm$		2025-05-23
18	*反光膜附着性能测试仪	长度	反光膜附着性能测试仪检定规程 JJG(交通)083	(30~500) mm	$U=0.2mm$		2025-05-23
		质量		(500~1000) g	$U=0.1g$		2025-05-23
19	*环刀	长度	环刀校准规范 JJF(皖) 102	(1~100) mm	$U=0.04mm$		2025-05-23
		角度		(5~20) °	$U=0.1^{\circ}$		2025-05-23
20	*砂浆分层度仪	长度	砂浆分层度仪校准方法 JJF(湘) 36	(50~300) mm	$U=0.1mm$		2025-05-23
21	*灌砂仪	长度	灌砂仪检定规程 JJG(交通) 120	(2~100) mm	$U=0.06mm$		2025-05-23
				(100~500) mm	$U=0.1mm$		2025-05-23
22	*沥青混合料车辙试验机	温度	沥青混合料车辙试验机校准规范 JJF(浙) 1094	(10~100) °C	$U=0.2^{\circ}C$		2025-05-23
		硬度		60°C时: (76~80) IRHD	$U=0.6IRHD$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 23 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		长度	中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	变形测量装置：（0～30）mm	$l=0.003\text{mm}$		2025-05-23
		其他：（10～300）mm		$l=0.1\text{mm}$	2025-05-23		
		速度		（41～43）次/分	$l=0.1\text{次/分}$		2025-05-23
		压强		60℃时：（0.65～0.75）MPa	$l=0.01\text{MPa}$		2025-05-23
23	*沥青混合料拌和机	温度	沥青混合料拌和机检定规程 JJG(交通) 064	（10～250）℃	$l=0.2\text{℃}$		2025-05-23
		转速		（40～80）r/min	$l=0.1\text{r/min}$		2025-05-23
		时间		（10～600）s	$l=0.2\text{s}$		2025-05-23
24	*相对密度仪	质量	相对密度仪检定规程 JJG（地质） 1021	（500～2000）g	$l=1.2\text{g}$		2025-05-23
		长度		金属筒：（50～130）mm	$l=0.04\text{mm}$		2025-05-23
				落高：（100～200）mm	$l=0.1\text{mm}$		2025-05-23
25	*渗透仪	压力	渗透仪校准规范 JJF（浙） 1165	（0～4）MPa	$l=0.002\text{MPa}$	不做孔压探头式	2025-05-23
26	*静力触探仪	力值	静力触探仪校准规范 JJF 1439	（0.5～100）kN	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
		压力		（0～1.6）MPa	$l=0.003\text{MPa}$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 24 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		长度		(0~200)mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
		角度		$50^{\circ} \sim 70^{\circ}$	$U=0.2^{\circ}$		2025-05-23
		力值		(50~500)N	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23
27	*水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机	转速	水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机检定规程 JJG(交通) 097	(10~650)r/min	$U=(0.1\sim 1.0) \text{ r/min}$		2025-05-23
		长度		(2~25)mm	$U=0.02\text{mm}$		2025-05-23
28	*洛杉矶磨耗试验机	转速	洛杉矶磨耗试验机检定规程 JJG(交通) 108	(20~60)r/min	$U=0.1\text{r/min}$		2025-05-23
		质量		(200~6000)g	$U=1.5\text{g}$		2025-05-23
		长度		(40~50)mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
29	*砂浆凝结时间测定仪	力值	砂浆凝结时间测定仪校准规范 JJF(冀)197	(2~100)N	$U_{\text{rel}}=0.4\%$		2025-05-23
		长度		(1~150)mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
30	*沥青抽提仪	转速	沥青离心式抽提仪检定规程 JJG(交通) 132	(500~12000)r/min	$U_{\text{rel}}=0.1\%$		2025-05-23
31	*承载比检测仪	速度	承载比检测仪检定规程 JJG(交通) 106	(0.5~2.0)mm/min	$U=0.009\text{mm/min}$		2025-05-23
		力值		(1~300)kN	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 25 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
32	*振筛机	长度	振筛机校验规程 SL 411	(30~70) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
		质量		(500~2000) g	$U=1.2\text{g}$		2025-05-23
		频率		(100~2000) 次/分	$U=1\text{次/分}$		2025-05-23
		长度		(10~15) mm	$U=0.3\text{mm}$		2025-05-23
33	*贯入式砂浆强度检测仪	力值	贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372	(500~1500) N	$U_{rel}=0.3\%$		2025-05-23
		长度		(1~100) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
34	*燃烧法沥青含量测试仪	质量	燃烧法沥青含量测试仪检定规程 JJG(交通) 072	(50~8050) g	$U=(0.01\sim0.08)\text{g}$		2025-05-23
		温度		(-50~1100) °C	$U=(0.1\sim1.1)\text{°C}$		2025-05-23
		时间		(1~25) min	$U=1\text{s}$		2025-05-23
35	*反光膜防粘纸可剥离性能测试仪	长度	反光膜防粘纸可剥离性能测试仪校准规范 JJG(交通) 085	(5~200) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
		质量		(5~10) kg	$U=2\text{g}$		2025-05-23
36	*钢构件镀锌层附着性能测定仪	质量	钢构件镀锌层附着性能测定仪检定规程 JJG(交通) 082	(10~500) g	$U=0.1\text{g}$		2025-05-23
		长度		(1~300) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 26 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		角度		(80~100)°	0.1°		2025-05-23
37	*十字板剪切试验仪	扭矩	十字板剪切试验仪校准规范 JJF（闽）1111	(1~100)Nm	$U= (0.4\sim0.6)\%$		2025-05-23
		长度		(1~200)mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
38	*腻子膜柔韧性测定仪	长度	腻子膜柔韧性测定仪校准规范 JJF（石化）003	(10~150)mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
39	*数显式粘结强度检测仪	长度	数显式粘结强度检测仪校准规范 JJF（闽）1014	(1~150)mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
		力值		(0.2~50)kN	$U_{\text{rel}}=0.4\%$		2025-05-23
40	*塑料管材耐压试验机	压力	塑料管材耐压试验机校准规范 JJF 1628	(0~25)MPa	$U=0.02\text{MPa}$		2025-05-23
41	*密度试验仪	容量	土工原位测试专用仪器校验方法 第2部分：密度试验仪 SL 756.2	(2000~10000)cm ³	$U=0.2\%\text{FS}$	只做灌水法和灌砂法	2025-05-23
		长度		(1~300)mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
				(300~500)mm	$U=0.2\text{mm}$		2025-05-23
42	*玻璃珠选形器	长度	玻璃珠选形器检定规程 JJG（交通）073	(100~500)mm	$U=0.2\text{mm}$		2025-05-23
		频率		(40~60)Hz	$U_{\text{rel}}=1.0\%$		2025-05-23
		角度		1° ~90°	$U=0.2^{\circ}$		2025-05-23



No. CNAS L18028

第 27 页 共 35 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
43	*混凝土抗渗仪	压力	混凝土抗渗仪校准规范 JJF1812	(0~6) MPa	$U=0.01\text{MPa}$		2025-05-23
44	*水泥胶砂流动度测定仪	质量	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通)096	(1000~5000) g	$U=2\text{g}$		2025-05-23
		时间		(5~30) s	$U=0.2\text{s}$		2025-05-23
		频率		(0.5~2) 次/秒	$U=0.5\text{次/秒}$		2025-05-23
		长度		(1~200) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
45	*水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪	质量	水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG(交通) 050	(1~500) g	$U=0.1\text{g}$		2025-05-23
		长度		(1~100) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
46	*砂浆稠度仪	长度	非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF1090	(1~200) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
		质量		(100~500) g	$U=0.1\text{g}$		2025-05-23
		角度		$10^{\circ} \sim 90^{\circ}$	$U=0.1^{\circ}$		2025-05-23
47	*水泥净浆搅拌机	时间	水泥净浆搅拌机校准规范 JJF (建材) 104	(10~300) s	$U=0.2\text{s}$		2025-05-23
		转速		(40~500) r/min	$U=0.6\text{r/min}$		2025-05-23
		长度		(1~200) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
48	*行星式水泥胶砂搅拌机	时间	行星式水泥胶砂搅拌机校准规范 JJF2094	(10~300) s	$U=0.2s$		2025-05-23
		转速		(40~500) r/min	$U=0.6r/min$		2025-05-23
		长度		(1~200) mm	$U=0.1mm$		2025-05-23
49	*水泥压力试验机抗压夹具	力值	水泥压力试验机抗压夹具与力值校准规范 JJF(新)64	(5~300) kN	$U_{rel}=0.4\%$		2025-05-23
		长度		(10~60) mm	$U=0.04mm$		2025-05-23
50	*水泥细度负压筛析仪	转速	水泥细度负压筛析仪校准规范 JJF1827	(20~50) r/min	$U=0.1r/min$		2025-05-23
		压力		(-100~0) hPa	$U=0.2hPa$		2025-05-23
51	*水泥安定性试验用沸煮箱	长度	水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材)109	(200~500) mm	$U=0.3mm$		2025-05-23
		时间		(10~200) min	$U=0.2min$		2025-05-23
		功率		(0.5~5) kW	$U_{rel}=0.1\%$		2025-05-23
52	*马歇尔稳定度试验仪	力值	马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通)066	(1~100) kN	$U_{rel}=0.2\%$		2025-05-23
		长度		流值：(0.5~15) mm	$U=0.01mm$		2025-05-23
				钢球直径：(10~20) mm	$U=0.01mm$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

第 29 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
53	*土工击实仪		土工击实仪检定规程 JJG (交通) 058	曲率半径: (40~80) mm	$U=0.03\text{mm}$		2025-05-23
		速度		(40~60) mm/min	$U=0.1\text{mm/min}$		2025-05-23
		质量		(2~5) kg	$U=1.8\text{g}$		2025-05-23
		长度		落高: (250~500) mm	$U=0.5\text{mm}$		2025-05-23
54	*沥青混合料马歇尔击实仪		沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG (交通) 065	直径: (5~300) mm	$U=0.1\text{mm}$		2025-05-23
		质量		(3~15) kg	$U=(0.6\sim1.4)\text{g}$		2025-05-23
		长度		直径: (60~200) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
		频率		提升高度: (300~600) mm	$U=0.5\text{mm}$		2025-05-23
55	*路面材料强度试验仪	速度	路面材料强度试验仪校准规范 JJF (皖) 108	(0.5~60) mm/min	$U=0.04\text{mm/min}$		2025-05-23
		力值		(0.1~300) kN	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23
		长度		(0.5~50) mm	$U=0.002\text{mm}$		2025-05-23
56	*摆式摩擦系数测定仪	质量	摆式摩擦系数测定仪检定规程 JJG (交通) 053	(20~2000) g	$U=1.2\text{g}$		2025-05-23



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		长度		(3~800) mm	$l \neq (0.05 \sim 0.5) \text{ mm}$		2025-05-23
		硬度		(50~60) HA	$l \neq 0.6 \text{ HA}$		2025-05-23
		摆值		(0~150) BPN	$l \neq 1.2 \text{ BPN}$		2025-05-23
57	*钢筋标距打点机	长度	钢筋标距打点机检定规程 JJG(交通)158	(1~20) mm	$l \neq 0.04 \text{ mm}$		2025-05-23
				(200~500) mm	$l \neq 0.1 \text{ mm}$		2025-05-23
58	*土壤液塑限检测仪	质量	土壤液塑限检测仪检定规程 JJG(交通)069	(10~200) g	$l \neq 0.02 \text{ g}$		2025-05-23
		长度		尺寸: (1~60) mm	$l \neq 0.04 \text{ mm}$		2025-05-23
				位移: (1~50) mm	$l \neq 0.01 \text{ mm}$		2025-05-23
		角度		$10^{\circ} \sim 90^{\circ}$	$l \neq 0.1^{\circ}$		2025-05-23
		时间		(2~20) s	$l \neq 0.03 \text{ s}$		2025-05-23
59	*透气法比表面积仪	长度	透气法比表面积仪检定规程 JJG(建材)107	(5~100) mm	$l \neq 0.04 \text{ mm}$		2025-05-23
		时间		(80~120) s	$l \neq 0.3 \text{ s}$		2025-05-23
		体积		(0.1~2) cm^3	$l \neq 0.006 \text{ cm}^3$		2025-05-23



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028

第 31 页 共 35 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
60	*容量筒	长度	容量筒校准规范 JJF (桂) 58	(50~500) mm	$U=0.08\text{mm}$		2025-05-23
		容量		(1~80) L	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
61	*水泥混凝土搅拌机	转速	水泥混凝土搅拌机检定规程 JJG(交通)187	(10~100) r/min	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
		时间		(10~300) s	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
62	*沥青软化点仪	温度	沥青软化点仪检定规程 JJG(交通)057	(0~200) °C	$U=0.3\text{°C}$		2025-05-23
		升温速率		(3~7) °C/min	$U=0.07\text{°C/min}$		2025-05-23
		质量		(1~50) g	$U=0.01\text{g}$		2025-05-23
		长度		(1~50) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
63	*恒定加力速度建筑材料试验机	力值	恒定加力速度建筑材料试验机检定规程 JJG 1025	0.1N~600kN	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
				600kN~5MN	$U_{\text{rel}}=0.3\%$		2025-05-23
		加力速度		0.1N/s~50kN/s	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-05-23
64	试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF 1175	(0.040~4) mm	$U=3\text{ }\mu\text{m}$		2025-05-23
				(4~125) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
石油和化工专用测量仪器							
1	*铅笔硬度计	质量	铅笔硬度计校准规范 JJF(石化) 007	(100~1500) g	$U=1.2g$		2025-05-23
		角度		(30~60) °	$U=0.2^{\circ}$		2025-05-23
2	*漆膜冲击试验器	质量	漆膜冲击试验器校准规范 JJF(石化) 002	(500~1500) g	$U=0.15g$		2025-05-23
		长度		(10~1000) mm	$U=0.3mm$		2025-05-23
3	*漆膜回粘性测定器	长度	漆膜回粘性测定器校准规范 JJF(石化) 029	(1~100) mm	$U=0.04mm$		2025-05-23
		质量		(300~600) g	$U=0.2g$		2025-05-23
4	*漆膜摆式硬度计	质量	漆膜摆式硬度计校准规范 JJF(石化) 008	(50~500) g	$U=0.06g$		2025-05-23
		长度		(100~600) mm	$U=0.08mm$		2025-05-23
		时间		(10~1800) s	$U=0.2s$		2025-05-23
5	*热变形、维卡软化点温度测定仪	质量	热变形、维卡软化点温度测定仪校准规范 JJF(浙) 1051	(1~1000) g	$U=0.2g$		2025-05-23
				(1000~5000) g	$U=1.8g$		2025-05-23
		温度		(20~200) °C	$U=0.2^{\circ}C$		2025-05-23



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
6	*漆膜干燥时间 试验器	升温速率	漆膜干燥时间试验器校准 规范 JJF(石化) 028	(40~150) °C/h	$U=0.2^{\circ}\text{C/h}$		2025-05-23
		长度		(0.5~5) mm	$U=0.01\text{mm}$		2025-05-23
		长度		(10~15) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
		质量		(100~300) g	$U=0.06\text{g}$		2025-05-23
7	*漆膜弹性测定 器	长度	漆膜弹性测定器校准规范 JJF(石化) 006	轴棒直径: (1~20) mm	$U=0.003\text{mm}$		2025-05-23
				轴棒厚度: (0.5~10) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23
8	*划痕试验仪	速度	划痕试验仪校准规范 JJF(石化) 009	(5~50) mm/s	$U=(0.3\sim0.9)\text{mm/s}$		2025-05-23
		质量		(20~2000) g	$U=(0.1\sim1.8)\text{g}$		2025-05-23
		长度		(1~300) mm	$U=0.01\text{mm}$		2025-05-23
9	*漆膜磨耗试验 仪	质量	漆膜磨耗试验仪检定规程 JJG(交通) 125	(10~1000) g	$U=(0.06\sim0.1)\text{g}$		2025-05-23
		转速		(50~100) r/min	$U=0.1\text{r/min}$		2025-05-23
		硬度		(20~60) HD	$U=0.6\text{HD}$		2025-05-23
		长度		(30~60) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-05-23



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
医学专用测量仪器							
1	*医用离心机	转速	医用离心机校准规范 JJF(浙) 1117	(100~30000) r/min	$U_{rel}=0.1\%$		2025-05-23

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

No. CNAS L18028